Instituto Português da Qualidade

# CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

**NÚMERO**
11122/2410720569



**ENTIDADE**

| | |
|---|---|
| NOME | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária |
| ENDEREÇO | Av. de Casal de Cabanas - Urbanização de Cabanas Golf, n.º 1<br>2734-507 Barcarena |

**INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO**

| | |
|---|---|
| DESIGNAÇÃO | Cinemómetro-radar fixo |
| MARCA | PolCam |
| MODELO | SmartEye ST-1 |
| NÚMERO | 0170 ST-1 |
| CONSTITUIÇÃO | Unidade principal de número de série (NS): 0170 ST-1;<br>Unidade cinemométrica: SmartMicro UMRR-0A4903 -1D, de NS: 0x0003C740;<br>Sistema fotográfico: Alvium 1800 U-1236m, de NS: 0036.ALV-1. |

**CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS**

| | |
|---|---|
| CLASSE DE EXATIDÃO | ------ |
| INTERVALO DE INDICAÇÃO | [10; 300] km/h |
| RESOLUÇÃO DO DISPOSITIVO AFIXADOR | 1 km/h |
| IDENTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DE MODELO | 111.22.22.3.40 |

**OPERAÇÃO EFETUADA**

| | |
|---|---|
| TIPO | Primeira Verificação |
| DATA | 2024-05-27 |
| MÉTODO | Comparação com recetores GPS de referência |
| DOCUMENTO DE REFERÊNCIA | Procedimento PT 1112205501 |
| RASTREABILIDADE METROLÓGICA | Ao SI através de osciladores de referência do METAS e do IPQ |
| RESULTADO | Aprovado |

Etiqueta Informativa n.º 2024-001-072056-9

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 352/2023 de 14 de novembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos cinemómetros, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por um ano, após a data da sua realização.

Assinado por: **OLIVIER ALAIN GÉRARD PENEDO PELLEGRINO**
Num. de Identificação: 14788883
Data: 2024.05.31 08:48:01+01'00'

RESPONSÁVEL DE DOMÍNIO
VELOCIDADE

Assinado por: **Maria Isabel de Araújo Godinho**
Num. de Identificação: 06948732
Data: 2024.05.31 10:49:19+01'00'

DIRETORA
DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).